

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เตียงผู้ป่วยชนิดสามโก ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ**

\*\*\*\*\*

**1. ความต้องการ**

เตียงผู้ป่วยชนิดสามโก ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

**2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

เพื่อใช้ให้ผู้ป่วยนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล

**3. คุณลักษณะเฉพาะ เตียงผู้ป่วยชนิดสามโก ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ**

- 3.1 เป็นเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
- 3.2 โครงสร้างทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี
- 3.3 ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- 3.4 ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90x200x45 เซนติเมตร
- 3.5 พนักหัวเตียง-ท้ายเตียง ทำด้วยพลาสติก (ABS) ขอบมนโค้ง สามารถ ถอดเข้า-ออก ได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- 3.6 พื้นเตียงทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปแบ่งเป็น 4 ตอนมีรูระบายอากาศ
- 3.7 ราวกันเตียงทำจากพลาสติก (ABS) มีลักษณะปีกนก 4 ชั้น เตียงปรับยกแยกชั้น
- 3.8 สามารถล็อกล้อด้วยระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock
- 3.9 ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยรีโมทคอนโทรลมีสาย
- 3.10 สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า

**4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน**

- 4.1 เบาะนอนทำจากฟองน้ำอย่างดี 4 ตอน ขนาดพอดีกับขนาดเตียงผู้ป่วย หุ้มด้วยผ้ากันน้ำอย่างดี จำนวน 1 ชุด
- 4.2 เสาน้ำเกลือ จำนวน 1 ชุด

**5. เงื่อนไขเฉพาะ**

- 5.1 มีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- 5.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด
- 5.3 รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
- 5.4 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

(นางบุญทริกา เลิศแล้ว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนันทกมล ส่องแสง)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวปิยะพร พุ่มแก้ว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ